

Javna ustanova Opća bolnica  
„Prim. dr. Abdulah Nakaš“  
Upravni odbor  
Broj: 44-870-161/23  
Sarajevo, 31.08.2023. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14, 59/22), člana 20. Statuta Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, člana 7. stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Javnoj ustanovi Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ broj 44-870-116/23 od 11.05.2023. godine i člana 36. Poslovnika o radu Upravnog odbora broj 100-151/21 od 07.10.2021. godine, Upravni odbor na XXIX (dvadesetdevetoj) vanrednoj sjednici održanoj dana 31.08.2023. godine donio je

## **ODLUKU**

### **o II. Izmjenama i dopunama Plana nabavki Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2023. godinu**

#### **Član 1.**

Ovom odlukom Upravni odbor Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ utvrđuje II. Izmjene i dopune Plana nabavki Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2023. godinu, kao u prilogu.

#### **Član 2.**

Odlukom o utvrđivanju Plana nabavki Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2023. godinu broj 44-870-113/23 od 11.05.2023. godine, Upravni odbor Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ utvrdio je Plan nabavki Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2023. godinu.

#### **Član 3.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će, zajedno sa II. Izmjenama i dopunama Plana nabavki, biti objavljena na Portalu javnih nabavki i na internetskoj stranici Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ([www.obs.ba](http://www.obs.ba)).

### **O b r a z l o ž e n j e**

Odlukom o utvrđivanju Plana nabavki Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2023. godinu broj 44-870-113/23 od 11.05.2023. godine, Upravni odbor Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ utvrdio je Plan nabavki Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2023. godinu.

Tokom realizacije Plana nabavki javile su se potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za nabavkom roba koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme donošenja Plana nabavki iz sljedećih razloga:

Dana 25.08.2023. godine došlo je do kvara na PLC automatici kompresora u Glavnoj kompresorskoj stanici. Poduzete su sve mjere u smislu hitnog poziva na intervenciju ovlaštenog serviseru za BOGE kompresore firme „Zulex“ d.o.o. Sarajevo. Koji su se odmah odzvali na poziv i konstatovali da je došlo do kvara na PLC automatici na elektrokomandnom ormaru proizvođača „Dreger“. Elektro ormar proizvođača „Dreger“ nema ovlaštenog serviseru za područje BiH, centrala je u Beogradu, a veza je firma „Diamedic“ d.o.o Sarajevo koja je zastupnik za medicinsku opremu proizvođača Dreger.

Istog dana 25.08.2023. godine pozvan je u jutarnjim satima i servisni inženjer firme „Diamedic“ d.o.o Sarajevo koji se također odazvao pozivu u večernjim satima. Isti je potvrdio da se radi o kvaru na PLC automatici na elektro ormaru i odmah poslao greške na koje ukazuje PLC putem viber komunikacije ovlaštenom serviseru u Beograd. Budući da se radi o hitnosti intervencije servisni inženjer firme „Diamedic“ d.o.o. je obećao da će javiti povratne informacije o brzi i načinu otklanjanja kvara.

Radi kvara na sistemu PLC automatike na elektro ormaru, koji je prouzrokovao nestabilnost u pritisku komprimiranog zraka u instalaciji što je dovelo u opasnost rad skupe medicinske opreme, a u slučaju daljeg komplikovanja na instalaciji i u najgorem slučaju totalnog zastoja u radu sva tri kompresora moglo bi doći i do ugrožavanja pacijenata u intenzivnoj njezi.

Zbog gore navedenih opasnosti dana 26.08.2023. godine ovlaštenu serviseru firme „Zulex“ d.o.o. je napravio privremeno tehničko rješenje kako ne bi došlo do neželjenih predhodno navedenih posljedica.

Zbog sigurnosti skupe medicinske opreme došlo je do obustave operativnih zahvata u svim operativnim salama izuzev operacione sale na Urgentnom centru i na Porodlištu na kojim se nalaze aparati koji imaju mogućnost rada i na komprimirani zrak i na kisik, te Očna sala koja nema potrebe za opštom anestezijom (rade u lokalnoj anesteziji).

Otklanjanje navedenog kvara podrazumjeva HITNU zamjenu PLC automatike i komandnog elekto ormara. U slučaju neotklanjanja kvara u što kraćem roku, posljedice se mogu ogledati u materijalnoj šteti ali zasigurno u nepružanju zdravstvene zaštite osiguranicima zbog kojih smo tu.

Realizacijom HITNE nabavke se upotpunosti rješava tehnički problem u kompresorskoj stanici i ponovo pokreće rad operacionih sala u punom kapacitetu tj. uspostavlja se pružanje zdravstvenih usluga pacijentima koji su zbog ovog kvara otpušteni iz bolnice uz našu obavezu da ih pozovemo kada se uspostavi rad sistema.

Zbog gore navedenih razloga utvrđena je II. Izmjena i dopuna Plana nabavki Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2023. godinu.

**DOSTAVITI:**

- Upravni odbor
- Kabinet direktora
- Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove
- Odsjek za javne nabavke

